

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte  
Fundo Municipal de Saúde  
Registro de Preços Eletrônico - 056/2022

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
26/10/2022 11:26	31/10/2022 10:00	08/11/2022 10:00	11/11/2022 10:00	11/11/2022 10:01

## Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
01/11/2022 - 13:39	IMPUGNAÇÃO	11/11/2022 - 15:46	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO ÁGUA AZUL DO NORTE - PA.pdf Julgamento: Parecer N° 114-2022-AJEL-impugnação ao edital-raio x.pdf

**Embasamento:** Boa tarde, Prezado pregoeiro

Encaminho anexo nossa impugnação ao Edital.

Estamos à disposição.

Att.

**Julgamento:** a) conhecer da Impugnação e, no mérito, pelo não provimento do pedido de impugnação ao edital, mantendo-se o mesmo, na forma que se encontra, sem que haja prejuízo ao Município, pelas razões supra expostas, e, conseqüentemente;

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001

DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM  
 CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS  
 RADIOGRÁFICAS (MONOCASSETTE) - SISTEMA  
 DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RAIOSX  
 POR PLACAS DE FÓSFORO MONOCASSETTE.  
 AS DIGITALIZAÇÕES DAS IMAGENS DE  
 RADIOLOGIA CONVENCIONAL POSSUEM  
 RESOLUÇÃO DE 10 PIXELS / MM EM TODOS  
 OS TAMANHOS DE CASSETES DE RAIOS-X.  
 CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 60  
 CASSETES / HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM.  
 CONSOLE DE OPERAÇÃO DEDICADO À  
 REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X.  
 POSSUI OS SERVIÇOS DE ENVIO DE IMAGENS  
 AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO  
 PADRÃO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS  
 DISPONÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E  
 MANIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE  
 IMAGEM COM AS SEGUINTE  
 CARACTERÍSTICAS: MONITOR LCD DE ALTA  
 RESOLUÇÃO, 21 POLEGADAS, MEMÓRIA  
 LOCAL DE 4GB, DISCO RÍGIDO LOCAL DE 150  
 GB, ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL DE  
 PELO MENOS 2000 IMAGENS, LEITOR PARA  
 IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES.  
 PROCESSAMENTO DE IMAGEM E  
 PROCESSAMENTO MULTI-FREQUENCIAL.  
 GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM  
 VISUALIZADOR EM MÍDIA CONECTÁVEL A  
 ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD,  
 DVD, USB, ETC). BACKUP E RESTAURAÇÃO  
 DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD,  
 USB). CONFIGURAÇÃO PELO USUÁRIO  
 DOS PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO  
 POR REGIÃO ANATÔMICA DE ESTUDO.  
 ROTAÇÃO / INVERSÃO DE IMAGEM.  
 ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE,  
 CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS.  
 MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA  
 VISUALIZAÇÃO. PROCESSAMENTO PARA  
 ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE.  
 SERVIÇO DICOM 3.0. STORAGE. SERVIÇO  
 DICOM 3.0 PRINT. SERVIÇO DICOM 3.0  
 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT.  
 SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT.  
 SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY  
 PERFORMED PROCEDURE STEP.  
 ACOMPANHA O EQUIPAMENTO CASSETES  
 PARA O DIGITALIZADOR DE RAIOS-X: 2  
 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO  
 TAMANHO 35 X 43 CM, SISTEMA DE  
 IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A  
 SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO  
 PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS.  
 DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 3.2,  
 CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 70 FILMES  
 POR HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM,  
 CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE 1 GB. IMPRESS

8.463,33

36 SVÇ

Homologado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/10/2022	EDITAL 056-2022.pdf
26/10/2022	Parecer N° 107-2022 -AJEL-pregão eletrônico-locação Raio X-SRP-Parecer Preliminar.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
22/11/2022 - 11:51	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (MONOCASSETE) - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RAIOSX POR PLACAS DE FÓSFORO MONOCASSETE. AS DIGITALIZAÇÕES DAS IMAGENS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL POSSUEM RESOLUÇÃO DE 10 PIXELS / MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES DE RAIOS-X. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 60 CASSETES / HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM. CONSOLE DE OPERAÇÃO DEDICADO À REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X. POSSUI OS SERVIÇOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRÃO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, 21 POLEGADAS. MEMÓRIA LOCAL DE 4GB, DISCO RÍGIDO LOCAL DE 150 GB, ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL DE PELO MENOS 2000 IMAGENS. LEITOR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES. PROCESSAMENTO DE IMAGEM E PROCESSAMENTO MULTI-FREQUENCIAL. GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MÍDIA CONECTÁVEL A ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC). BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB). CONFIGURAÇÃO PELO USUÁRIO DOS PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO POR REGIÃO ANATÔMICA DE ESTUDO. ROTAÇÃO / INVERSÃO DE IMAGEM. ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS. MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO. PROCESSAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE. SERVIÇO DICOM 3.0, STORAGE. SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO CASSETES PARA O DIGITALIZADOR DE RAIOS-X: 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35 X 43 CM.	LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	N/C	N/C	7.899,99	36	284.399,64
------	---	--	-----	-----	----------	----	------------



## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Garantia Contratual	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM

**CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (MONOCASSETE) - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RAIOSX POR PLACAS DE FÓSFORO MONOCASSETE. AS DIGITALIZAÇÕES DAS IMAGENS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL POSSUEM RESOLUÇÃO DE 10 PIXELS / MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES DE RAIOS-X. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 60 CASSETES / HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM. CONSOLE DE OPERAÇÃO DEDICADO À REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X. POSSUI OS SERVIÇOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRÃO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, 21 POLEGADAS, MEMÓRIA LOCAL DE 4GB, DISCO RÍGIDO LOCAL DE 150 GB, ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL DE PELO MENOS 2000 IMAGENS, LEITOR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES. PROCESSAMENTO DE IMAGEM E PROCESSAMENTO MULTI-FREQUENCIAL. GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MÍDIA CONECTÁVEL A ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC). BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB). CONFIGURAÇÃO PELO USUÁRIO DOS PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO POR REGIÃO ANATÔMICA DE ESTUDO. ROTAÇÃO / INVERSÃO DE IMAGEM. ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS. MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO. PROCESSAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE. SERVIÇO DICOM 3.0, STORAGE. SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO CASSETES PARA O DIGITALIZADOR DE RAIOS-X: 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35 X 43 CM, SISTEMA DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 3.2, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 70 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM, CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE 1 GB. IMPRESS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
J C BREGA JUNIOR	01.558.625/0001-36	07/11/2022 - 08:42:13	N/C	N/C	36	R\$ 8.423,33	R\$ 303.239,88	Sim
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	09/11/2022 - 20:09:12	N/C	N/C	36	R\$ 8.000,00	R\$ 288.000,00	Sim
REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	05.351.445/0001-30	10/11/2022 - 16:45:45	N/C	N/C	36	R\$ 8.463,33	R\$ 304.679,88	Não
LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	28.690.350/0001-46	10/11/2022 - 17:42:56	N/C	N/C	36	R\$ 8.463,33	R\$ 304.679,88	Sim
PLENA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	05.767.853/0001-77	11/11/2022 - 08:20:48	N/C	N/C	36	R\$ 8.463,33	R\$ 304.679,88	Sim



## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	05.351.445/0001-30	60 dias
PLENA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	05.767.853/0001-77	60 dias
QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	31.950.325/0001-69	60 dias
TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	21.592.515/0001-06	90 dias
LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	28.690.350/0001-46	60 dias
J C BREGA JUNIOR	01.558.625/0001-36	90 dias

## Lances Enviados

### 0001 - DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM

CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (MONOCASSETE) - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RAIOSX POR PLACAS DE FÓSFORO MONOCASSETE. AS DIGITALIZAÇÕES DAS IMAGENS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL POSSUEM RESOLUÇÃO DE 10 PIXELS / MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES DE RAIOS-X. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 60 CASSETES / HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM. CONSOLE DE OPERAÇÃO DEDICADO À REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X. POSSUI OS SERVIÇOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRÃO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, 21 POLEGADAS, MEMÓRIA LOCAL DE 4GB, DISCO RÍGIDO LOCAL DE 150 GB, ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL DE PELO MENOS 2000 IMAGENS, LEITOR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES. PROCESSAMENTO DE IMAGEM E PROCESSAMENTO MULTI-FREQUENCIAL. GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MÍDIA CONECTÁVEL A ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC). BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB). CONFIGURAÇÃO PELO USUÁRIO DOS PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO POR REGIÃO ANATÔMICA DE ESTUDO. ROTAÇÃO / INVERSÃO DE IMAGEM. ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS. MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO. PROCESSAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE. SERVIÇO DICOM 3.0, STORAGE. SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO CASSETES PARA O DIGITALIZADOR DE RAIOS-X: 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35 X 43 CM, SISTEMA DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 3.2, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 70 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM, CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE 1 GB. IMPRESS

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/11/2022 - 08:42:13	8.423,33 (proposta)	01.558.625/0001-36 - J C BREGA JUNIOR	Válido
09/11/2022 - 20:09:12	8.000,00 (proposta)	21.592.515/0001-06 - TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	Válido
10/11/2022 - 16:45:45	8.463,33 (proposta)	05.351.445/0001-30 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	Válido
10/11/2022 - 17:42:56	8.463,33 (proposta)	28.690.350/0001-46 - LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
11/11/2022 - 08:20:48	8.463,33 (proposta)	05.767.853/0001-77 - PLENA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Válido
11/11/2022 - 08:44:23	8.463,00 (proposta)	31.950.325/0001-69 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - parecer juridico nº123/2022 02/12/2022 10:03:14
11/11/2022 - 15:50:24	7.999,99	28.690.350/0001-46 - LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido





11/11/2022 - 15:53:49	7.900,00	31.950.325/0001-69 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - parecer juridico nº123/2022 02/12/2022 10:03:14
11/11/2022 - 15:55:23	7.899,99	28.690.350/0001-46 - LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
11/11/2022 - 15:56:05	7.800,00	31.950.325/0001-69 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - parecer juridico nº123/2022 02/12/2022 10:03:14

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10/11/2022 - 17:16	Alexandre Goncalves Ferreira	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/11/2022 - 14:29	25/11/2022 - 18:00	28/11/2022 - 18:00

**0001 - DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM**  
**CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (MONOCASSETE) - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RAIOSX POR PLACAS DE FÓSFORO MONOCASSETE. AS DIGITALIZAÇÕES DAS IMAGENS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL POSSUEM RESOLUÇÃO DE 10 PIXELS / MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES DE RAIOS-X. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 60 CASSETES / HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM. CONSOLE DE OPERAÇÃO DEDICADO À REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X. POSSUI OS SERVIÇOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRÃO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, 21 POLEGADAS, MEMÓRIA LOCAL DE 4GB, DISCO RÍGIDO LOCAL DE 150 GB, ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL DE PELO MENOS 2000 IMAGENS, LEITOR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES. PROCESSAMENTO DE IMAGEM E PROCESSAMENTO MULTI-FREQUENCIAL. GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MÍDIA CONECTÁVEL A ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC). BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB). CONFIGURAÇÃO PELO USUÁRIO DOS PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO POR REGIÃO ANATÔMICA DE ESTUDO. ROTAÇÃO / INVERSÃO DE IMAGEM. ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS. MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO. PROCESSAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE. SERVIÇO DICOM 3.0, STORAGE. SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO CASSETES PARA O DIGITALIZADOR DE RAIOS-X: 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35 X 43 CM, SISTEMA DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS**



# SIMULTÂNEOS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 3.2, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 70 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM, CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE 1 GB. IMPRESS

## Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
01.558.625/0001-36 - J C BREGA JUNIOR	22/11/2022 - 14:14:32	A empresa J. C. BREGA JUNIOR, CNPJ nº 01.558.625/0001-36, declara intenção de interpor recurso devido a empresa QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 31.950.325/0001-69, não apresentar os documentos conforme exige o Edital Item 11.2 - Atestado de Capacidade Técnica fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, e Item 11.5 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa. MELHOR DISCRIMINADOS NO RECURSO NO PRAZO CONFORME EDITAL.	Deferido
28.690.350/0001-46 - LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	22/11/2022 - 14:23:12	O CR cotado na Proposta de Preços não atende as especificações do Edital, no que se refere a velocidade. Inclusive a empresa vencedora tinha entrado com impugnação para alterar a velocidade e não foi aceita por esta comissão.	Deferido

## Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
28.690.350/0001-46 - LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	23/11/2022 - 17:40:10	Segue recurso referente ao pregão 0562022 e seus respectivos anexos Recurso Agua azul do norte - logon.pdf.	Deferido

## Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
31.950.325/0001-69 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	28/11/2022 - 10:50	Bom dia, Sr. Pregoeiro  Encaminho anexo nossas contrarrazões.  Estamos à disposição.  Att. CONTRARRAZÕES ÁGUA AZUL DO NORTE - PA.pdf.	Indeferido

## Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
01/12/2022 - 17:42:02	DECLASSIFICAR a empresa QUALIMAGE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, devendo ser sucedida pela licitante com a proposta imediatamente de valor inferior, respeitados os casos de empate ficto (caso haja). Parecer Nº 123-2022-AJEL-recurso administrativo-Raio X - Logon Tecnologia Equipamentos e Materiais Hospitalares Ltda.pdf.

## Chat

Data	Apelido	Frase
11/11/2022 - 10:14:21	Pregoeiro	bom dia (a) a todos , vamos remarcar o horario de analise de abertura deste processo para as 15:00 da tarde , devido estar pendente um parecer do setor juridico, sobre a impugnação de exigencia do documento convocatorio (edital).
11/11/2022 - 10:14:42	Pregoeiro	desde ja agradeço.
11/11/2022 - 10:15:46	Pregoeiro	qualquer duvida estamos no numero celular 094 99276-5254.
11/11/2022 - 10:16:27	Pregoeiro	a data continua hoje e o horario as 15:00.
11/11/2022 - 10:17:45	Pregoeiro	ja estamos solicitando o setor juridico sobre EMERGENCIA do parecer ...
11/11/2022 - 15:46:23	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Parecer Nº 114-2022-AJEL-impugnação ao edital-raio x.pdf) em 11/11/2022 às 15:46.
11/11/2022 - 15:46:51	Pregoeiro	boa tarde a todos
11/11/2022 - 15:46:57	Pregoeiro	deculpe a demora
11/11/2022 - 15:47:23	Pregoeiro	estavamos aguardando o parecer do setor juridico , para prosseguimento do certame...
11/11/2022 - 15:47:40	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/11/2022 - 15:47:52	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/11/2022 - 15:47:52	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



11/11/2022 - 15:47:52	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/11/2022 - 15:47:52	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
11/11/2022 - 15:48:02	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
11/11/2022 - 15:48:02	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/11/2022 - 15:48:17	Pregoeiro	boa sorte a todos...
11/11/2022 - 15:58:07	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
11/11/2022 - 15:58:07	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 7.899,99 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 11/11/2022 às 16:03:07.
11/11/2022 - 16:03:10	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 8.000,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 11/11/2022 às 16:08:10.
11/11/2022 - 16:08:13	Sistema	O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
11/11/2022 - 16:08:13	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
11/11/2022 - 16:18:57	Sistema	O item 0001 teve como arrematante QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 7.800,00.
11/11/2022 - 16:20:16	Pregoeiro	senhores (a) vamos analisar toda a documentação
11/11/2022 - 16:20:55	Pregoeiro	retornaremos a prolatar nossa decisão dia 14 de novembro as 10:00
14/11/2022 - 11:58:13	Pregoeiro	bom dia , retornaremos a analise deste processo na proxima quarta feira
17/11/2022 - 13:37:37	Pregoeiro	atenção , devido a alguns fatores com o setor juridico , vamos deliberar a decisão dia 21 /11/2022 as 10:00
21/11/2022 - 09:57:53	Pregoeiro	Senhores (a) o jurídico ainda não forneceu seu parecer , diante dessa situação , solicito mas tampo para análise , por esse motivo vamos novamente te adiar a fase de lance para dia 22 de novembro de 2022 amanhã às 11:00.
21/11/2022 - 09:58:06	Pregoeiro	Grato a todos pela compreensão 26.
22/11/2022 - 11:51:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:00 do dia 22/11/2022.
22/11/2022 - 14:09:16	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.
22/11/2022 - 14:09:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 22/11/2022 às 14:29.
22/11/2022 - 14:14:32	Sistema	O fornecedor J C BREGA JUNIOR - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/11/2022 - 14:23:13	Sistema	O fornecedor LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/11/2022 - 15:24:39	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
22/11/2022 - 15:24:39	Sistema	Intenção: A empresa J. C. BREGA JUNIOR, CNPJ nº 01.558.625/0001-36, declara intenção de interpor recurso devido a empresa QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 31.950.325/0001-69, não apresentar os documentos conforme exige o Edital Item 11.2 - Atestado de Capacidade Técnica fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, e Item 11.5 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa. MELHOR DISCRIMINADOS NO RECURSO NO PRAZO CONFORME EDITAL.
22/11/2022 - 15:24:46	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
22/11/2022 - 15:24:46	Sistema	Intenção: O CR cotado na Proposta de Preços não atende as especificações do Edital, no que se refere a velocidade. Inclusive a empresa vencedora tinha entrado com impugnação para alterar a velocidade e não foi aceita por esta comissão.
22/11/2022 - 15:26:13	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 25/11/2022 às 18:00, com limite de contrarrazão para 28/11/2022 às 18:00.
23/11/2022 - 17:40:10	Sistema	O fornecedor LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
28/11/2022 - 10:50:37	Sistema	O fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
02/12/2022 - 10:01:38	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/12/2022 - 10:03:14	Sistema	O fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA foi rejeitado no processo.
02/12/2022 - 10:03:14	Sistema	Motivo: parecer jurídico nº123/2022
02/12/2022 - 10:03:14	Sistema	O fornecedor QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA foi rejeitado para o item 0001 pela autoridade competente.
02/12/2022 - 10:03:14	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LOGON TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 7.899,99.
02/12/2022 - 10:39:27	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por José Wanderley Barbosa Milhomem.
07/12/2022 - 10:41:23	Sistema	O Item 0001 foi homologado por José Wanderley Barbosa Milhomem.

Wesley Soares da Silva

Pregoeiro

Página 8 de 9





---

José Wanderley Barbosa Milhomem  
Autoridade Competente

---

Monica Denise Christmann  
Apoio

---

Rogério Adriano da Silva  
Apoio

